

安捷伦气相色谱串联质谱联用仪专用配件采购论证
专家意见表

论证内容	安捷伦气相色谱串联质谱联用仪专用配件采购	论证时间	2026.8.28
论证地点	淮安市农产品质量监督检测中心一楼会议室	论证形式	现场论证
业主单位	淮安市农产品质量监督检测中心		
项目概述	安捷伦气相色谱串联质谱联用仪专用配件三重四级杆（G7000-67354）和侧板（G3850-65815），经检修已损坏，需采购换新。安捷伦科技（中国）有限公司国内市场统一报价（含配件、维修和税费）95296.22 元。		
经审阅项目资料、核查技术参数与原厂证明，并对照政府采购相关法律法规，现就本项目专业配件采购方式论证如下：本次拟采购配件为安捷伦 7000C+7890B 气相色谱串联质谱联用仪专机专用核心部件，由安捷伦科技公司针对该型号仪器独家设计、制造和标定，具备专属结构尺寸、电气接口、流量控制及质谱信号匹配等专有技术特征。其他品牌配件因关键技术参数不兼容，无法实现稳定对接与精准运行，易导致设备故障、灵敏度下降、检测数据失真，无法满足农产品质量安全检测法定要求与质控标准。 根据安捷伦科技（中国）有限公司出具的官方证明文件，上述配件未授权任何第三方生产、代理或销售，仅可通过原厂渠道合法获取，市场无其他合格替代供应来源。 本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项“只能从唯一供应商处采购的”情形，为保障仪器安全稳定运行、检测数据准确可靠及检测工作合规开展，本项目只能采用单一来源方式向安捷伦科技（中国）有限公司采购，按相关规定进行公示。			
论证专家 (签字):			